

Warszawa, dnia 11.01.2019 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: DZP.26.1.44.2018

**TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO
z dnia 11.01.2019 r.**

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość 221 tysięcy Euro na

Zakup i dostawę pasków testowych, odczynników i materiałów zużywalnych do analizy moczu wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora do oznaczeń właściwości fizykochemicznych i elementów upostaciowanych moczu na okres 12 miesięcy.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz.1986), Zamawiający poniżej podaje treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

PYTANIE 1

Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, §4, pkt.6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy oraz instalacji analizatora do 21 dni roboczych? Analizatory są wysoce specjalistyczne, ich skonfigurowanie zgodnie z oczekiwaniami danego laboratorium oraz podłączenie systemu laboratoryjnego i szkolenie personelu w obsłudze zajmuje dużo czasu. Ponadto zgodnie z SIWZ Wykonawca przed instalacją analizatora musi dostarczyć oraz zamontować odpowiednie blaty pod analizatory.

Ad. 1

Tak, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostawy i instalacji analizatora do 21 dni roboczych. (Modyfikacja załącznika do SIWZ)

PYTANIE 2

Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dwa z płynów systemowych pochodziły od innego producenta niż producent aparatów: są to powszechnie znane sól fizjologiczna oraz woda destylowana.

Ad. 2

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 3

Załącznik nr 4 do SIWZ, §6, pkt.2:

Ze względu na specyfikę materiału, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów kontrolnych oraz kalibratorów z min. terminem ważności 2 miesiące?

Ad. 3

Tak, Zamawiający dopuszcza. (Modyfikacja załącznika do SIWZ)

PYTANIE 4

Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy): §3 ust. 6:

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponuje uzupełnienie zapisu: „*lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www.....*”

Ad. 4

Tak, Zamawiający dopuszcza. (Modyfikacja załącznika do SIWZ)

PYTANIE 5

Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy): §3 ust. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu realizacji poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?

Ad. 5

Tak, Zamawiający dopuszcza. (Modyfikacja załącznika do SIWZ)

PYTANIE 6

Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy): §4 ust. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?

Ad. 6

Tak, Zamawiający dopuszcza. (Modyfikacja załącznika do SIWZ)

PYTANIE 7

Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy): §4 ust. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii z 4 godzin do „8 godzin”?

Ad. 7

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapis SIWZ.

PYTANIE 8

Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy): §9 ust. 1a:

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Ad. 8

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 9

Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy): §9 ust. 1 pkt b), c) oraz ust. 4:

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości **pozostającej do realizacji umowy**, nie zaś od kwoty brutto całej umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstępienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Ad. 9

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 10

Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy): §9 ust. 1 pkt c):

Uprzejmie prosimy o dodanie określenia: „rażącego” do sformułowania „naruszenia zasad”. Zapis w obecnym brzmieniu może doprowadzić do sytuacji rażąco wysokiej kary, nieproporcjonalnej do naruszenia.

Ad. 10

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 11

Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy): §9 ust. 4:

Uprzejmie prosimy o usunięcie fragmentu zapisu „bez zgody Zamawiającego”. Zgoda Zamawiającego spowoduje rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron, odstąpienie od umowy jest z zasady jej jednostronnym zerwaniem.

Ad. 11

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 12

Czy Zamawiający dopuści analizator zgodny z załączoną specyfikacją?

Ad. 12

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga metody pomiarowej zgodnej z SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE:

Odpowiedzi na pytania i wszelkie zmiany /modyfikacje /załączniki są integralną częścią SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczone na stronie zmodyfikowane Załączniki do SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE Załącznik nr 4 do SIWZ (Projekt umowy).

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Dyrektor
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Mokotów

Lucyna Hryszczyk