

Warszawa, dn.27.12.2019 r.

**Do wszystkich uczestników
postępowania**

Znak Sprawy SZP.26.1.47.2019

**TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO I MODYFIKACJA
SIWZ z dnia 27.12.2019 r.**

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 221 tysięcy euro na:

**Zakup i dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń
immunochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora
immunodiagnostycznego dla potrzeb SZPZLO Warszawa-Mokotów**

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t. j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający poniżej podaje treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

PYTANIE 1

Czy pod pojęciem "Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora" Zamawiający rozumie prekalibrację fabryczną odczynników i brak konieczności wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika?

Ad. 1

TAK, Zamawiający pod pojęciem "Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora" Zamawiający rozumie prekalibrację fabryczną odczynników i brak konieczności wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie 1 parametru HbA1c na dodatkowym analizatorze-przystawce do aparatu immunochemicznego? W ofercie ujęte zostaną wszystkie konieczne do wykonania tego oznaczenia elementy.

Ad. 2

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby stabilność odczynnika HbA1c wynosiła po otwarciu min. 4 tygodnie)?"

Ad. 3

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 4

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie używanych komputerów.

Ad. 4

TAK, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 5

Czy do oferty należy dołączyć opisy metodyk i certyfikaty CE zgodnie z zapisami w Załączniku Nr 5 czy też dostarczamy na wezwanie opisy metodyk oraz oświadczenie o posiadaniu CE, zgodnie z zapisem rozdziału VI pkt 4 SIWZ?

Ad. 5

Zamawiający informuje, że oferty należy złożyć zgodnie z ustawą Pzp i zgodnie z zapisami Rozdziału VI pkt 4. SIWZ.

Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ - projekt umowy

PYTANIE 6

Par. 3 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Ad. 6

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

PYTANIE 7

Par. 3 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Ad. 7

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu.

Modyfikacja Załącznika nr 4 do SIWZ – Projektu Umowy.

PYTANIE 8

Par. 4¹ ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Ad. 8

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Modyfikacja Załącznika nr 4 do SIWZ – Projektu Umowy.

PYTANIE 9

Par. 4¹ ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „nieodpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Ad. 9

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Modyfikacja Załącznika nr 4 do SIWZ – Projektu Umowy.

PYTANIE 10

Par. 4¹ ust. 12 - 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Ad. 10

Zamawiający wprowadza zmianę obecnego zapisu i dodaje nowy zapis.

Modyfikacja Załącznika nr 4 do SIWZ – Projektu Umowy.

PYTANIE 11

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od ządania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Ad. 11

TAK, Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza nowy zapis - Par. 6 ust. 8 Projektu Umowy.

Modyfikacja Załącznika nr 4 do SIWZ – Projektu Umowy.

PYTANIE 12

Par. 6 ust. 1 lit. a, lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Ad. 12

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 13

Par. 6 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Ad. 13

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 14

Par. 6 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej dotyczącej czynności związanych z aparatem była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Ad. 14

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 15

Par. 6 ust. 1 lit. e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zwinionych przez Wykonawcę"?

Ad. 15

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 16

Par. 6 ust. 1 lit. e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: "w razie odstąpienia od Umowy Wykonawcy z przyczyn innych niż wymienione w § 7 ust. 2 pkt c) niniejszej Umowy" na "w razie odstąpienia od Umowy Wykonawcy z przyczyn przez niego zawinionych"?

Ad. 16

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 17

Zaproponowany zapis nieproporcjonalnie rozszerza odpowiedzialność Wykonawcy, w tym także w przypadku, gdy Wykonawca z uzasadnionych względów (innych niż podane w Par. 7 ust. 2 pkt c) chciałby odstąpić od umowy.

Ad. 17

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 18

Par. 6 ust. 1 lit. e Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna z tytułu rozwiązania umowy wynosiła 10% wartości niezrealizowanej umowy bez względu na okres trwania umowy, po jakim została rozwiązana? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Ad. 18

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 19

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Ad. 19

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 20

Par. 7 ust. 2 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy na: "Wykonawcy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego"?

Ad. 20

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 21

Zaproponowany zapis nieproporcjonalnie rozszerza odpowiedzialność Wykonawcy, w tym także w przypadku, gdy Wykonawca z uzasadnionych względów (innych niż sprecyzowane w Par. 7 ust. 2 pkt c) chciałby odstąpić od umowy.

Ad. 21

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ wprowadzając MODYFIKACJĘ z dnia 27.12.2019 r. w:

- Załączniku nr 4 do SIWZ - Projekcie Umowy,

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE:

Odpowiedzi na pytania i wszelkie zmiany / modyfikacje są integralną częścią SIWZ.

Oferty należy składać w oparciu o zmodyfikowany SIWZ wraz z załącznikami.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z upoważnienia

Z-ca Dyrektora ds. Adm.-Tech.
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Mokotów


Janusz Sadowski

