

Warszawa, dn.23.06.2020 r.

Do wszystkich uczestników  
postępowania

**Znak Sprawy SZP.26.1.10.2020**

**TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO I MODYFIKACJĄ  
SIWZ z dnia 23.06.2020 r.**

**Dotyczy:**

*Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 214 tysięcy euro na:*

**Zakup wraz z dostawą i instalacją cyfrowego aparatu RTG**

*W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t. j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający poniżej podaje treść pytań i udzielonych odpowiedzi:*

**PYTANIE 1**

**Dotyczy Rozdz. X pkt. 4:**

Zestaw fantomów i urządzeń do testów podstawowych jakości zgodnie z rozp. MZ z dnia 12.11.2015 Dz. U. poz. 2040.

Czy poprzez „Zestaw fantomów i urządzeń do testów podstawowych jakości...” Zamawiający rozumie zestaw minimalny ale wystarczający, składający się co najmniej z: fantomu uniwersalnego rtg (geometria, rozdzielczość), fantomu równoważnego pacjentowi (powtarzalność ekspozycji/dawki) oraz oprogramowania online (np. QADRA lub równoważny) wspomagającego wykonywanie testów kontroli jakości (przypominanie procedur, przypominanie o terminach, podpowiadanie procedur, generowanie raportów) z licencją ważną przez okres gwarancji dostarczonego aparatu RTG, wraz z przeprowadzeniem uruchomienia programu oraz szkolenie z wykonywania testów podstawowych kontroli jakości i obsługi programu ?

**Ad. 1**

Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej:

- fantomu uniwersalnego rtg (geometria, rozdzielczość),
- fantomu równoważnego pacjentowi (powtarzalność ekspozycji/dawki) wraz z dedykowanym do zaoferowanego urządzenia mocowaniem
- oprogramowania wspomagającego wykonywanie testów kontroli jakości

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z wykonywania testów podstawowych kontroli jakości i obsługi oprogramowania wspomagającego wykonywanie testów kontroli jakości.

**PYTANIE 2**

**Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ pkt IV. 4.**

Prosimy o usunięcie omyłki polegającej na nieprawidłowym zapisie w kolumnie "Punktacja".

W kolumnie "Parametr wymagany", Zamawiający określa " $\leq 1,2$  mm, podać", podczas gdy w kolumnie punktacja jest: " $> 36 \leq 40$  cm – 0 pkt  $\leq 36$  – 2 pkt". Wygląda na to, że wystąpił błąd pisarski. Prosimy o usunięcie błędu i wprowadzenie prawidłowej wartości w kolumnie "Punktacja".

**Ad. 2**

TAK, Zamawiający poprawia omyłkę i zmienia zapis SIWZ.

Modyfikacja Załącznika nr 5 do SIWZ pkt IV. 4. Zamawiający zmienia oceniany parametr na parametr wymagany, bez punktacji.

**PYTANIE 3**

**Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ pkt V. 5.**

Prosimy o usunięcie punktu 5.

Uzasadnienie:

Prawdopodobnie nastąpiła omyłka pisarska, gdyż parametr "Pojemność cieplna anody" jest parametrem lampy rentgenowskiej, a nie detektora promieniowania.

**Ad. 3**

TAK, Zamawiający poprawia omyłkę i usuwa pozycję z tym parametrem. Zmianie ulega także numeracja liczby porządkowej parametrów. Modyfikacja Załącznika nr 5 do SIWZ pkt V. 5.

**PYTANIE 4**

**Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ pkt VIII. 3.**

Czy Zamawiający dopuści statyw do zdjęć płucnych, którego zakres ruchu pionowego wynosi 147,3 cm?

Uzasadnienie:

Różnica pomiędzy parametrem wymaganym, a oferowanym przez naszą firmę wynosi 2,7 cm, co w praktyce klinicznej jest wartością niezauważalną. Jednocześnie dopuszczenie proponowanego rozwiązania w żaden sposób nie wpłynie na ergonomię, ani wartość diagnostyczną urządzenia.

**Ad. 4**

TAK, Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 5**

**Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ pkt IX. 3.**

Czy Zamawiający dopuści konsolę technika wyposażoną w dysk twardy w technologii SATA?

Uzasadnienie:

Oferowany przez naszą firmę system nie jest wyposażony w konsolę technika z dyskiem SSD. System jest certyfikowany w całości jako produkt medyczny (wraz z komputerem stacji technika), więc komputer nie może podlegać modyfikacjom na podstawie wymagań użytkowników.

Negatywna odpowiedź na pytanie uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty i będzie powodowała nieuzasadnione ograniczanie konkurencji.

**Ad. 5**

TAK, Zamawiający dopuszcza i zmienia zapis SIWZ.

Modyfikacja Załącznika nr 5 do SIWZ pkt IX. 3. Zamawiający dodaje oceniany parametr punktowany następująco: dysk SATA – 0 pkt, dysk SSD – 2 pkt.

**PYTANIE 6**

**Zał. nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, ust. I pkt 3.**

Czy Zamawiający zgodzi się aby cały aparat rtg (jego wszystkie komponenty) był objęty jednym wspólnym certyfikatem CE, ale jak u wszystkich producentów tego typu urządzeń niektóre jego podzespoły, takie jak np. lampa i generator były produktami podwykonawców wyspecjalizowanych w ich produkcji, co daje możliwość zapewnienia całościowo produktu najwyższej jakości? Często, firmy produkujące aparaty diagnostyczne nie wykazują, że ich podzespoły są dostarczane przez podwykonawców, co nie zmienia faktu że tylko kilka firm na świecie produkuje niektóre komponenty i są one najczęściej wykorzystywane w oferowanych na rynku konstrukcjach.

**Ad. 6**

Zamawiający wymaga, aby cały aparat był objęty jednym certyfikatem CE, a jego podstawowe elementy (co najmniej: kolumna zawieszenia lampy RTG, stojak, stół, generator, detektory, oprogramowanie konsoli technika) były wyprodukowane przez tego samego producenta.

**PYTANIE 7**

**Zał. nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, ust. IV pkt 4.**

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki podając kryteria punktacji dla ust. IV pkt 4.? Podane parametry punktowane nie są adekwatne do wielość ogniska.

**Ad. 7**

TAK, Zamawiający poprawia omyłkę i zmienia zapis SIWZ.

Modyfikacja Załącznika nr 5 do SIWZ pkt IV. 4. Zamawiający zmienia oceniany parametr na parametr wymagany, bez punktacji.

**PYTANIE 8**

**Zał. nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, ust. V pkt 7.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie detektora o polu aktywnym 33,9 x 42,4cm. Różnica 1 mm w jednym z wymiarów jest bardzo niewielka i nie powoduje istotnych różnic diagnostycznych w wykonywanych badaniach. Prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszego pytania.

**Ad. 8**

TAK, Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 9**

**Zał. nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, ust. V pkt 8.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie detektora o grubości 15,5 mm? Różnica 0,5 mm nie ma wpływu na możliwości użytkowe i komfort pracy z urządzeniem.

**Ad. 9**

TAK, Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 10**

**Zał. nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, ust. V pkt 14.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dwóch ładowarek, z których każda ma możliwość ładowanie jednocześnie dwóch baterii?

**Ad. 10**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

#### **PYTANIE 11**

**Zał. nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, ust. V pkt 16.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie detektora o klasie ochrony przed wnikaniem wody i pyłu IP54? Detektor o takiej klasie jest odporny na krople i spryskiwanie padające pod dowolny kąt ze wszystkich stron i jest on pyłoszczelny.

**Ad. 11**

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE 12**

**Zał. nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, ust. V pkt 16.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie detektora o klasie ochrony przed wnikaniem wody i pyłu IPX4? Detektor o takiej klasie jest odporny na krople padające pod dowolny kąt ze wszystkich stron.

**Ad. 12**

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE 13**

**Zał. nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, ust. VII pkt 2.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stołu o szerokości blatu 80,6 cm?

**Ad. 13**

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE 14**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. II.3**

Czy Zamawiający podwyższy wymóg generatora  $\geq 65\text{kW}$ . Wymagany przez Zamawiającego zakres jest rażąco niski w stosunku do wartości oferowanych przez aparaty RTG wysokiej jakości.

**Ad. 14**

**NIE, Zamawiający podtrzymuje SIWZ.**

W ocenie Zamawiającego moc 50 kW jest wystarczającą do wykonywania badań radiograficznych, a podwyższenie mocy generatora nie zwiększy możliwości diagnostycznych urządzenia.

Obecnie w miejscu planowanej instalacji pracuje generator o mocy 50 kW. W przypadku zaoferowania generatora o większej mocy, Wykonawca ma obowiązek na własny koszt i ryzyko dostosować linię zasilającą urządzenie do wymogów zaoferowanego generatora.

#### **PYTANIE 15**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. III.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, w którym zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG wynosi 140 cm ? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

**Ad. 15**

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE 16**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. III.6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, nieposiadający zakresu ruchu poprzecznego lampy? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

**Ad. 16**

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE 17**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. III.8**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, w którym obrót kolumny wokół osi pionowej wynosi  $\geq +180^\circ$  do  $-90^\circ$  ? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

**Ad. 17**

**TAK, Zamawiający dopuszcza.**

#### **PYTANIE 18**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. III.9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, który nie posiada zmotoryzowanego ruchu kolumny w pionie? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie

ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

**Ad. 18**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 19**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. III.10**

Czy Zamawiający zrezygnuje od spełnienia wymogu opisanego parametru? Obecny zapis nie pozwala na złożenie ważnej oferty wiodącego producenta aparatu RTG co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

**Ad. 19**

NIE, Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

**PYTANIE 20**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. III.11**

Czy Zamawiający zrezygnuje od spełnienia wymogu opisanego parametru? Obecny zapis nie pozwala na złożenie ważnej oferty wiodącego producenta aparatu RTG co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

**Ad. 20**

NIE, Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

**PYTANIE 21**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. III.12**

Czy Zamawiający zrezygnuje od spełnienia wymogu opisanego parametru? Obecny zapis nie pozwala na złożenie ważnej oferty wiodącego producenta aparatu RTG co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

**Ad. 21**

NIE, Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

**PYTANIE 22**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. IV.3**

Czy Zamawiający podwyższy wymóg moc małego ogniska  $\geq 30\text{kW}$ . Wymagany przez Zamawiającego zakres jest rażąco niski w stosunku do wartości oferowanych przez aparaty RTG wysokiej jakości. Dodatkowo wymagana niska wartość parametru może ograniczać właściwości diagnostyczne aparatu.

**Ad. 22**

NIE, Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

**PYTANIE 23**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. IV.5**

Czy Zamawiający podwyższy wymóg moc dużego ogniska  $\geq 100\text{kW}$ . Wymagany przez Zamawiającego zakres jest rażąco niski w stosunku do wartości oferowanych przez aparaty RTG wysokiej jakości. Dodatkowo wymagana niska wartość parametru może ograniczać właściwości diagnostyczne aparatu.

**Ad. 23**

NIE, Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

**PYTANIE 24**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. IV.7**

Czy Zamawiający podwyższy wymóg pojemność cieplna kołpaka  $\geq 2000\text{ KHU}$ . Wymagany przez Zamawiającego zakres jest rażąco niski w stosunku do wartości oferowanych przez aparaty RTG wysokiej jakości. Dodatkowo ma znaczący wpływ na czas i koszty eksploatacji lampy RTG.

**Ad. 24**

NIE, Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

**PYTANIE 25**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. IV.10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, w którym monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy jest wyświetlane w innej formie niż %? Obecny zapis wskazuje na konkretne rozwiązanie i nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty.

**Ad. 25**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawca nie określił w jakiej formie miałyby być prezentowane wykorzystanie pojemności cieplnej lampy.

#### **PYTANIE 26**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. V.9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, w którym rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli wynosi  $\geq 5,7$  mln? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców

##### **Ad. 26**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

#### **PYTANIE 27**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. V.10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, w którym rozmiar piksela wynosi  $\leq 160 \mu\text{m}$  ? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

##### **Ad. 27**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

#### **PYTANIE 28**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. V.13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, w którym rozdzielczość detektora wynosi  $\geq 3,125$  lp/mm? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

##### **Ad. 28**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

#### **PYTANIE 29**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. V.15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, w którym czas do pojawienia się obrazu na konsoli wynosi  $\leq 5\text{s}$  ? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców

##### **Ad. 29**

TAK, Zamawiający dopuszcza.

#### **PYTANIE 30**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. V.16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, który posiada współczynnik ochrony przed wnikaniem wody i pyłu IP43. Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

##### **Ad. 30**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

#### **PYTANIE 31**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VI.3**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, w którym rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli wynosi  $\geq 8,2$  mln ? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

##### **Ad. 31**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

#### **PYTANIE 32**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VI.4**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, w którym rozdzielczość detektora wynosi  $\geq 3,4$  lp/mm ? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

##### **Ad. 32**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

#### **PYTANIE 33**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VI.5**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, w którym rozmiar piksela wynosi  $\leq 148 \mu\text{m}$ ? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

**Ad. 33**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 34**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VI.8**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, w którym czas do pojawienia się obrazu na konsoli wynosi  $\leq 5\text{s}$ ? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

**Ad. 34**

TAK, Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 35**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VII.2**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, w którym szerokość blatu wynosi  $\geq 75 \text{ cm}$ ? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

**Ad. 35**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 36**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VII.8**

Obecny opis wskazuje na konkretne rozwiązanie co jest niedopuszczalne i ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz uniemożliwia zaoferowanie parametrów lepszych jakościowo.

**Ad. 36**

Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Wykonawca nie zadał pytania, ograniczył się jedynie do nieprawdziwej tezy o wskazaniu konkretnego rozwiązania, podczas gdy na rynku istnieje wiele aparatów RTG wyposażonych w kratki przeciwwrozproszeniowe o opisanych parametrach.

**PYTANIE 37**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VII.10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, w którym dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta z zachowaniem wszelkich funkcji pozycjonowania wynosi  $\geq 210 \text{ kg}$ ? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

**Ad. 37**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 38**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VII.11**

Prosimy o usunięcie ww. zapisu. Opis wskazuje na konkretne rozwiązanie technologiczne co jest niedopuszczalne i ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji. Dodatkowo zapis nie wskazuje żadnej korzyści użytkowej.

**Ad. 38**

NIE, Zamawiający podtrzymuje SIWZ. Wskazany parametr jest dopuszczalny i punktowany.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez opisanej w punkcie VII.11 funkcjonalności, jednakże zaoferowanie takiego rozwiązania będzie skutkowało brakiem punktów w kryterium jakościowym.

Korzyścią użytkową punkowanego rozwiązania jest ułatwienie przemieszczania pacjenta na blacie oraz możliwość dokładnej dezynfekcji blatu, co w dzisiejszych czasach jest wartością wyjątkowo ważną.

**PYTANIE 39**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VII.13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, w którym pochłanianie blatu stołu RTG wynosi  $\leq 1,2 \text{ mm Al}$ ? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

**Ad. 39**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

#### **PYTANIE 40**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VII.15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta nieposiadającego opisanego parametru? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

##### **Ad. 40**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

#### **PYTANIE 41**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VII.18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta nieposiadającego szuflady na detektor bezprzewodowy Wi-Fi z funkcją zasilania/ladowania detektor. Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Ciągłe ładowanie detektora wpływa na obniżenie czasu pracy i żywotności baterii a w konsekwencji podwyższenie kosztów eksploatacyjnych.

##### **Ad. 41**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

#### **PYTANIE 42**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VII.20**

Wnosimy o rezygnację z wymogu tego parametru. Uchwyty dla pacjenta w stole kostnym są wyłącznie elementem utrudniającym pracę obsługi.

##### **Ad. 42**

NIE, Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

#### **PYTANIE 43**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VIII.5**

Obecny opis wskazuje na konkretne rozwiązanie co jest niedopuszczalne i ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz uniemożliwia zaoferowanie parametrów lepszych jakościowo.

##### **Ad. 43**

Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Wykonawca nie zadał pytania, ograniczył się jedynie do nieprawdziwej tezy o wskazaniu konkretnego rozwiązania, podczas gdy na rynku istnieje wiele aparatów RTG wyposażonych w kratki przeciwrzproszeniowe o opisanych parametrach.

#### **PYTANIE 44**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VIII.7**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta nieposiadającego opisanego parametru? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

##### **Ad. 44**

NIE, Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez opisanej w punkcie VIII.7 funkcjonalności, jednakże zaoferowanie takiego rozwiązania będzie skutkowało brakiem punktów w kryterium jakościowym.

#### **PYTANIE 45**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VIII.9**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta, w którym odległość płyta statywu-kaseta wynosi  $\leq 65$  mm ? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

##### **Ad. 45**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

#### **PYTANIE 46**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VIII.11**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta nieposiadającego opisanego parametru? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

##### **Ad. 46**

NIE, Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

#### **PYTANIE 47**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. VIII.14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta nieposiadającego szuflady na detektor bezprzewodowy Wi-Fi z funkcją zasilania/ladowania detektor. Obecny

zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Ciągłe ładowanie detektora wpływa na obniżenie czasu pracy i żywotności baterii a w konsekwencji podwyższenie kosztów eksploatacyjnych.

Ad. 47

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

#### **PYTANIE 48**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. IX.3**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta ze stacją technika posiadającą dysk SSD min. 480GB ? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Ad. 48

Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### **PYTANIE 49**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. IX.5**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta z oprogramowaniem konsoli w formie ikonograficznej? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Ad. 49

Tak, Zamawiający dopuszcza aparat RTG z oprogramowaniem konsoli w formie ikonograficznej, całości w języku polskim wraz z systemem pomocy kontekstowej i polskimi znakami.

#### **PYTANIE 50**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. IX.16**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta nieposiadającego opisanego parametru? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Ad. 50

Tak, Zamawiający dopuszcza aparat RTG nie wyposażony w funkcjonalność wprowadzania danych pacjenta przy pomocy czytnika kodów kreskowych.

#### **PYTANIE 51**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. IX.17**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta nieposiadającego pomiarów kątów Cobba na konsoli technika? Parametr nie posiada uzasadnienia merytorycznego, gdyż pomiary kątów Cobba należą do kompetencji lekarza i są wykonywane na konsoli opisowej. Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Ad. 51

Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### **PYTANIE 52**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. IX.19**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta nieposiadającego opisanego parametru? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Ad. 52

Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### **PYTANIE 53**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. IX.33**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania i oceny tego parametru?

Ad. 53

NIE, Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

#### **PYTANIE 54**

**Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. IX.38**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta nieposiadającego opisanego parametru?? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Ad. 54

Tak, Zamawiający dopuszcza aparat RTG bez funkcji regulacji skali szarości wg. Histogramu.

#### **PYTANIE 55**

##### **Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia L.p. IX.41**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wiodącego producenta nieposiadającego opisanej funkcji Query/Retrieve? Funkcja Query/Retrieve nie ma zastosowania na konsoli aparatu. Jest funkcją stosowaną przez lekařskie stacje opisowe. Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty co w konsekwencji ogranicza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

##### **Ad. 55**

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ wprowadzając MODYFIKACJĘ z dnia 23.06.2020 r. w Załączniku nr 5 do SIWZ – OPZ Specyfikacja techniczna – Zestawienie Parametrów Technicznych i Warunków Wymaganych Aparatu RTG.**

---


#### **ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŹE:**

**Odpowiedzi na pytania i wszelkie zmiany / modyfikacje są integralną częścią SIWZ.**

**Oferty należy składać w oparciu o zmodyfikowany SIWZ wraz z załącznikami.**

**Termin składania ofert nie ulega zmianie.**

---

  
PO WYBIEŻCBA  
Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Lecznictwa Powszechnego  
Warszawa - Mokotów  
Alicja Dąbrowska

