



Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów



SZPZLO.M./...762/2021

Warszawa, dnia 21.09.2021 r.

Znak sprawy: SZP.26.1.04.2021

/do wszystkich uczestników postępowania/

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego przez okres 24 miesięcy .
(znak sprawy: SZP.26.1.04.2021).

Wyjaśnienia SWZ Nr 1

Stosownie do treści art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 2021 poz. 1129, z późn. zm.) – dalej jako „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły pytania. Poniżej przedstawiono treść pytań, a także udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Dot. par. 1 tabeli parametrów technicznych analizatora (zał. nr 1 do SWZ): Czy Zamawiający dopuści w pełni automatyczny analizator koagulologiczny, używany, rok produkcji 2016?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ. OPZ po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2:

Dot. par. 5 i 6 tabeli parametrów technicznych analizatora (zał. nr 1 do SWZ): Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością podawania wyników w jednostkach: s, %, wskaźnik PT, wskaźnik Quicka, RATIO, INR, g/l?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ. OPZ po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma

Z-CA DYREKTORA
ds. Logistyki i Inwestycji
SZPZLO Warszawa - Mokotów

Lukasz Lewicki

Pytanie nr 3:

Dot. par. 36 tabeli parametrów technicznych analizatora (zał. nr 1 do SWZ): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera użytkowanego wyłącznie przez Zamawiającego od 2018r., z wykonaniem upgrade oprogramowania do Windows 10 PRO?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Dot. pkt. 3 tabeli formularza asortymentowo-cenowego (zał. nr 3 do SWZ): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika do Fibrynogenu met. Claussa, zestaw z buforem imidazolowym, trombina ludzka, obj. fiołki trombiny max. 2 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3 do SWZ. Formularz Asortymentowo-cenowy po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 5:

Dot. zał. nr 3: Czy podana w tabeli ilość oznaczeń obejmuje oznaczenia kontrolne?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Podana ilość oznaczeń obejmuje oznaczenia kontrolne.

Zmiany SWZ Nr 2

Jednocześnie, stosownie do treści art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

1. W Rozdziale XV *Termin związania ofertą* ust 1 zmienia się na następującą treść:
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **23.10.2021r.**
2. W Rozdziale XVII *Termin składania ofert* ust 1 zmienia się na następującą treść:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **24.09.2021 roku, do godziny 12:00.**
3. W Rozdziale XVIII *Termin otwarcia ofert* ust 1 zmienia się na następującą treść:
Otwarcie ofert nastąpi dnia **24.09.2021 roku o godz. 13:00.**

Zamawiający informuje, że zmiany treści SWZ są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców

Z-CA DYREKTORA
ds. Logistyki i Inwestycji
SZPZLO Warszawa - Mokotów

.....
Łukasz Lewocki

W imieniu Zamawiającego

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

OPIIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PO ZMIANACH Z DNIA 21.09.2021 R.

Lp.	Parametry techniczne
1	W pełni automatyczny analizator koagulologiczny, fabrycznie nowy lub , rok produkcji nie wcześniej niż 2016, komputer z oprogramowaniem sterującym pracą analizatora
2	Analizator wyposażony w dołączony USP - podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania min. 20 min.
3	Metoda badań: krzepnięciowa (optyczna zasada pomiaru), chromogenna, immunologiczna.
4	Badania: PT, APTT, Fibrynogen metodą Claussa
5	Wyniki: czas, wskaźnik PT, wskaźnik Quicka, RATIO, INR, %
6	Możliwość podawania wyniku w różnych jednostkach: s, %, wskaźnik, INR, g/l
7	Analizator pracujący w systemie: „Random Access”, batch, STAT.
8	Minimalna wydajność aparatu: 150 oznaczeń/godzinę
9	Maksymalna objętość pobranego odczynnika na 1 oznaczenie: PT-100µl, APTT-50 µl
10	Objętość materiału (osocza) pobierana na 1 oznaczenie nie większa niż 50 µl.
11	Automatyczny podajnik umożliwiający pracę z próbkami z kodami kreskowymi
12	Identyfikacja próbek za pomocą wbudowanego czytnika kodów kreskowych. Wbudowany czytnik kodów kreskowych do probówek i odczynników.
13	Obsługa próbek pierwotnych i wtórnych
14	Układ automatycznej kompensacji zmętnienia próbki
15	Możliwość umieszczenia min. 50 próbek pacjentów na pokładzie analizatora
16	Możliwość ciągłego dokładania próbek pacjentów w trakcie trwania pomiarów bez przerywania pracy analizatora
17	Dodatkowy pokład dla próbek „cito”
18	Możliwość automatycznego rozcieńczania próbki, powtarzania i zlecenia kolejnych pomiarów w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwość i wyników poza zdefiniowanym zakresem (reflex test)
19	Jednorazowe, pojedyncze kuwety pomiarowe, automatycznie przenoszone oraz utylizowane
20	Możliwość jednorazowego załadowania min. 300 kuwet
21	Możliwość dokładania odczynników oraz kuwet w trakcie trwania pomiarów bez przerywania pracy analizatora
22	Odczynniki, płyny czyszczące, analizator pochodzące od jednego producenta
23	Stabilność odczynników na pokładzie analizatora min. 5 dni
24	Płyny eksploatacyjne wykorzystywane przy wykonywaniu oznaczeń używane w oryginalnych opakowaniach (bez konieczności przelewania) w opakowaniach nie większych niż 5L
25	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników. Aplikacja umożliwiająca zarządzanie odczynnikami na pokładzie analizatora: kontrola objętości, trwałości odczynnika na pokładzie

26	Pozycje chłodzone dla odczynników na pokładzie analizatora
27	Możliwość wprowadzania danych kalibracyjnych / parametrów odczynników przy pomocy kodów kreskowych dla PT, APTT, Fibrynogen
28	Funkcja podglądu przebiegu reakcji jak i jej otworzenia w postaci wykresu
29	Program wewnętrznej kontroli jakości stanowiący integralną część oprogramowania stosujący wykresy typu Levy – Jennings'a
30	Jednorazowy pojemnik na odpady ciekłe (utylicacja odpadów ciekłych wraz z pojemnikiem)
31	Automatyczne procedury konserwacji – codzienne czyszczenie aparatu
32	Analizator współpracujący z systemem Marcel (transmisja dwukierunkowa). Wykonawca zapewni podłączenie do systemu Marcel (transmisja dwukierunkowa). Cena oferty musi uwzględniać koszt podłączenia.
33	Bezpłatny serwis na analizator przez cały okres trwania dzierżawy uwzględniający koszty: napraw, wymiany podzespołów, części zużywalnych, wymaganych okresowych przeglądów technicznych. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do przyjazdu do 12h Zdolność serwisowa potwierdzona certyfikatami szkoleń od producenta na proponowany model analizatora (1 osoba). Certyfikaty dołączyć do oferty.
34	Uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta analizatora, zakończone wystawieniem stosownych certyfikatów, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
35	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.
36	Fabrycznie nowy zewnętrzny komputer z oprogramowaniem Windows 10 PRO, możliwością podłączenia do sieci, system operacyjny umożliwiający korzystanie z wszystkich funkcji domeny Active directory, min. 2 porty COM, UPS, monitor min 21", drukarka laserowa (wydruk min. 35stron/min.) z podajnikiem szufladowym.
37	Stół / blaty robocze pod analizator i komputer
38	Analizator jest oznakowany symbolem CE. Oferowany towar posiada odpowiednie certyfikaty i pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski i spełnia wszystkie wymagania CE/UE
39	Oferent gwarantuje dostęp do nowych oryginalnych, tj. pochodzących od producenta aparatu, części zamiennych do analizatora przez okres dzierżawy.
40	Backup analizatora kompatybilny parametrowo i odczynnikowo z analizatorem głównym.
41	Backup współpracujący z systemem Marcel (transmisja dwukierunkowa). Wykonawca zapewni podłączenie do systemu Marcel (transmisja dwukierunkowa). Cena oferty musi uwzględniać koszt podłączenia.

.....
(Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 21.09.2021 r.

Tabela nr 1

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Wielkość opakowania	Oferowana ilość opakowań	Cena jednostkowa 1 opakowania netto (pln)	Cena jednostkowa 1 opakowania brutto (pln) (kol. 6 + kol. 9)	Wartość netto (pln) (kol. 5 x kol. 6)	Stawka VAT	Wartość brutto (pln) (kol. 8 + kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tromboplastyna pochodzenia ludzkiego z własnym buforem do rozpuszczenia w zestawie, ISI 0,99-1,1, objętość fiolki max.10ml, C, Instrukcja/ulotka odczynnikowa. Data ważności odczynnika min. 6 mies.	25000 oznaczeń							
2	APTT, odczynnik ciekły, gotowy do użytku z roztworem chlorku wapnia w zestawie, objętość fiolki max. 5ml. Instrukcja/ulotka odczynnikowa. Data ważności odczynnika min. 6 mies.	15000 oznaczeń							
3	Fibrynogen (metoda Clauss'a). Zestaw z buforem imidazolowym, trombina ludzka, objętość fiolki trombiny max. 2ml(włącznie). Instrukcja/ulotka odczynnikowa Data ważności odczynnika min. 6 mies.	200 oznaczeń							
4	Osocze kontrolne N i P– objętość fiolki max. 1ml Kontrola codziennie na 1 poziomie. Data ważności odczynnika min. 1 rok. Instrukcja/ulotka odczynnikowa.								
Pozostałe wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia m.in. Materiały zużywalne i płyny systemowe*									
5									
6									
...									

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Wielkość opakowania	Oferowana ilość opakowań	Cena jednostkowa 1 opakowania netto (pln)	Cena jednostkowa 1 opakowania brutto (pln) (kol. 6 + kol. 9)	Wartość netto (pln) (kol. 5 x kol. 6)	Stawka VAT	Wartość brutto (pln) (kol. 8 + kol. 9)
Wartość ogółem:									

* uzupełnić o wszystkie materiały niezbędne do pracy analizatora zapewniające wykonanie w/w oznaczeń przez cały okres trwania umowy

Tabela nr 2 - dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych wymienionych w Tabeli nr 1

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa, producent	Miesięczny czynsz dzierżawy netto	Miesięczny czynsz dzierżawy brutto (kol. 4 + kol. 8)	Ilość miesięcy dzierżawy	Wartość netto (pln) (kol. 4 x kol. 6)	Stawka VAT	Wartość brutto (pln) (kol. 7 + kol. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych				24			

Łączna wartość oferty (tabela 1 + tabela 2)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data ważności odczynników min. 6 mies.

Odczynniki i kontrole jednego producenta.

Płyny systemowe i części zużywalne wyłącznie oryginalne (producenta aparatu).

Do oferty należy dołączyć opis metodyki odczynników/testów oraz deklaracje zgodności CE.

W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis i konserwację aparatu wraz z bezpłatną wymianą wszystkich niezbędnych części.

.....
/data, pieczęć i podpis Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

WYKONAWCA:

.....

.....

(nazwa, adres)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko,
podstawa do reprezentacji)ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Zespół Publicznych

Zakładów Lecznictwa Otwartego

Warszawa – Mokotów

ul. A. J. Madalińskiego 13

02-513 Warszawa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania.
(po zmianach z dnia 21.09.2021 r.)

Oświadczam, że oferuję realizację przedmiotu zamówienia, o podanych niżej parametrach technicznych:

L.p.	Wymagane parametry	Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty
1	2	3
1	W pełni automatyczny analizator koagulologiczny, fabrycznie nowy lub , rok produkcji nie wcześniej niż 2016, komputer z oprogramowaniem sterującym pracą analizatora	Spełnia / Nie spełnia*
2	Analizator wyposażony w dołączony USP - podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania min. 20 min.	Spełnia / Nie spełnia*
3	Metoda badań: krzepnięciowa (optyczna zasada pomiaru), chromogenna, immunologiczna.	Spełnia / Nie spełnia*
4	Badania: PT, APTT, Fibrynogen metodą Claussa	Spełnia / Nie spełnia*
5	Wyniki: czas, wskaźnik PT, wskaźnik Quicka, RATIO, INR, %	Spełnia / Nie spełnia*
6	Możliwość podawania wyniku w różnych jednostkach: s, %, wskaźnik, INR, g/l	Spełnia / Nie spełnia*
7	Analizator pracujący w systemie: „Random Access”, batch, STAT.	Spełnia / Nie spełnia*
8	Minimalna wydajność aparatu: 150 oznaczeń/godzinę	Spełnia / Nie spełnia*
9	Maksymalna objętość pobranego odczynnika na 1 oznaczenie: PT-100µl, APTT-50 µl	Spełnia / Nie spełnia*
10	Objętość materiału (osocza) pobierana na 1 oznaczenie nie większa niż 50 µl.	Spełnia / Nie spełnia*
11	Automatyczny podajnik umożliwiający pracę z próbkami z kodami kreskowymi	Spełnia / Nie spełnia*
12	Identyfikacja próbek za pomocą wbudowanego czytnika kodów kreskowych. Wbudowany czytnik kodów kreskowych do probówek i odczynników.	Spełnia / Nie spełnia*
13	Obsługa próbek pierwotnych i wtórnych	Spełnia / Nie spełnia*
14	Układ automatycznej kompensacji zmętnienia próbki	Spełnia / Nie spełnia*
15	Możliwość umieszczenia min. 50 próbek pacjentów na pokładzie analizatora	Spełnia / Nie spełnia*
16	Możliwość ciągłego dokładania próbek pacjentów w trakcie trwania pomiarów bez przerywania pracy analizatora	Spełnia / Nie spełnia*

17	Dodatkowy pokład dla próbek „cito”	Spełnia / Nie spełnia*
18	Możliwość automatycznego rozcieńczania próbki, powtarzania i zlecenia kolejnych pomiarów w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwość i wyników poza zdefiniowanym zakresem (reflex test)	Spełnia / Nie spełnia*
19	Jednorazowe, pojedyncze kuwety pomiarowe, automatycznie przenoszone oraz utylizowane	Spełnia / Nie spełnia*
20	Możliwość jednorazowego załadowania min. 300 kuwet	Spełnia / Nie spełnia*
21	Możliwość dokładania odczynników oraz kuwet w trakcie trwania pomiarów bez przerywania pracy analizatora	Spełnia / Nie spełnia*
22	Odczynniki, płyny czyszczące, analizator pochodzące od jednego producenta	Spełnia / Nie spełnia*
23	Stabilność odczynników na pokładzie analizatora min. 5 dni	Spełnia / Nie spełnia*
24	Płyny eksploatacyjne wykorzystywane przy wykonywaniu oznaczeń używane w oryginalnych opakowaniach (bez konieczności przelewania) w opakowaniach nie większych niż 5L	Spełnia / Nie spełnia*
25	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników. Aplikacja umożliwiająca zarządzanie odczynnikami na pokładzie analizatora: kontrola objętości, trwałości odczynnika na pokładzie	Spełnia / Nie spełnia*
26	Pozycje chłodzone dla odczynników na pokładzie analizatora	Spełnia / Nie spełnia*
27	Możliwość wprowadzania danych kalibracyjnych / parametrów odczynników przy pomocy kodów kreskowych dla PT, APTT, Fibrynogen	Spełnia / Nie spełnia*
28	Funkcja podglądu przebiegu reakcji jak i jej otworzenia w postaci wykresu	Spełnia / Nie spełnia*
29	Program wewnętrznej kontroli jakości stanowiący integralną część oprogramowania stosujący wykresy typu Levy – Jennings’a	Spełnia / Nie spełnia*
30	Jednorazowy pojemnik na odpady ciekłe (utyliczacja odpadów ciekłych wraz z pojemnikiem)	Spełnia / Nie spełnia*
31	Automatyczne procedury konserwacji – codzienne czyszczenie aparatu	Spełnia / Nie spełnia*
32	Analizator współpracujący z systemem Marcel (transmisja dwukierunkowa). Wykonawca zapewni podłączenie do systemu Marcel (transmisja dwukierunkowa). Cena oferty uwzględnia koszt podłączenia.	Spełnia / Nie spełnia*
33	Bezpłatny serwis na analizator przez cały okres trwania dzierżawy uwzględniający koszty: napraw, wymiany podzespołów, części zużywalnych, wymaganych okresowych przeglądów technicznych. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do przyjazdu do 12h Zdolność serwisowa potwierdzona certyfikatami szkoleń od producenta na proponowany model analizatora (1 osoba). Certyfikaty dołączyć do oferty.	Spełnia / Nie spełnia*
34	Uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta analizatora, zakończone wystawieniem stosownych certyfikatów, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.	Spełnia / Nie spełnia*
35	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.	Spełnia / Nie spełnia*
36	Fabrycznie nowy zewnętrzny komputer z oprogramowaniem Windows 10 PRO, możliwością podłączenia do sieci, system operacyjny umożliwiający korzystanie z wszystkich funkcji domeny Active directory, min. 2 porty COM, UPS, monitor min	Spełnia / Nie spełnia*

	21", drukarka laserowa (wydruk min. 35stron/min.) z podajnikiem szufladowym.	
37	Stół / blaty robocze pod analizator i komputer	Spełnia / Nie spełnia*
38	Analizator jest oznakowany symbolem CE. Oferowany towar posiada odpowiednie certyfikaty i pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski i spełnia wszystkie wymagania CE/UE	Spełnia / Nie spełnia*
39	Oferent gwarantuje dostęp do nowych oryginalnych, tj. pochodzących od producenta aparatu, części zamiennych do analizatora przez okres dzierżawy.	Spełnia / Nie spełnia*
40	Backup analizatora kompatybilny parametrowo i odczynnikowo z analizatorem głównym.	Spełnia / Nie spełnia*
41	Backup współpracujący z systemem Marcel (transmisja dwukierunkowa). Wykonawca zapewni podłączenie do systemu Marcel (transmisja dwukierunkowa). Cena oferty uwzględnia koszt podłączenia.	Spełnia / Nie spełnia*

**Uwaga: kolumna nr 3 musi być wypełniona poprzez skreślenie „spełnia” / „nie spełnia”, w zależności czy poszczególne elementy będące przedmiotem oferty spełniają, czy nie spełniają poszczególne wymagania określone w kolumnie nr 2.*

....., dnia
/Miejscowość, data/

.....
/Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy/